

Протокол № 12

об итогах способом запроса ценовых предложений по закупу медицинской техники для оказания в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год.

г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А»
зал заседаний

11 час. 00 мин., 10 июля 2018 года

Комиссия, утвержденная приказом главного врача ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» (далее – Поликлиника) от «25» июня 2018 года № 312-Ө, в составе:

Председатель комиссии:

1. Сарсенова Динара Амангельдиевна – главный врач;

Члены комиссии:

2. Каузбаева Бибайша Арипбаевна – главная медицинская сестра;
3. Шайсламова Назгуль Ибраимовна – заведующий диагностическим отделением;
4. Евдокимова Любовь Александровна – метролог;
5. Батурина Анна Николаевна – руководитель отдела по гос.закупкам;

Секретарь комиссии – Тортаева Айсулу Махамбетовна – юрист.

провела закуп медицинского оборудования для оказания в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в соответствии пунктом 103 гл. 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее - Правила) (наименование, краткая характеристика, цена закупаемого товара и другие условия) согласно приложению № 1.

1. Сумма, выделенная для закупа медицинского оборудования для оказания в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составляет: 315 000 (триста пятнадцать тысяч) тенге 00 тиын.

По состоянию на дату окончания приема заявок «10» июля 2018 года, до 10:00 часов, не были представлены ценовые предложения от потенциальных поставщиков.

Комиссия в соответствии с Правилами, **РЕШИЛА:**

1. согласно п. 112 гл. 10 Правил признать закуп медицинской техники не состоявшимся.
2. разместить протокол об итогах на интернет-ресурсе ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО»;
3. информация о привлечении экспертной комиссии: нет.

Председатель комиссии



Д. Сарсенова


Члены комиссии:



А. Батурина



Б. Каузбаева



Н. Шайсламова



Л. Евдокимова



А. Тортаева




Секретарь комиссии

Техническая спецификация закупаемого товара

Номер закупки №	1729-1
Наименование закупки:	Закуп медицинской техники
Номер лота:	№ 1-ЗЦП1729
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Запланированная сумма:	315 000 (триста пятнадцать тысяч)
Места поставки:	Жамбылская область, г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А»
Срок поставки:	15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров	<p>Электрокардиограф - двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах, переносной.</p> <p><u>Ширина термобумаги - 110 мм, тип бумаги:</u> рулон или Z-fold бумага; Размер экрана- 116x88 мм, с разрешающей способностью 640x480 точек; Тип экрана: цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой; Разрешение печати 8 точек/мм поперек бумаги и 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 25 мм/сек; Скорость движения бумаги – 5; 10; 12.5; 25 и 50 мм/сек. Антитреморный фильтр, фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искажения положения ST сегмента; Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры; ЧСС до 300 ударов в минуту; Возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации;</p> <p>Режим работы: автоматический и ручной режим.</p> <p>Режим вывода информации на компьютер:</p> <ul style="list-style-type: none">-через USB-порт из внутренней памяти;-через внешнюю FLASH-память;-беспроводной ввод через адаптер COM-BLUETOOTH;-возможность использовать ЭКГ в режиме компьютерного электрокардиографа с модулем COM-порта;-Режим работы со встроенным GSM модулем. <p>Питание электрокардиографа осуществляется от:</p> <ul style="list-style-type: none">-сети переменного тока напряжением от 100 до 224В частотой - 50Гц через сетевой адаптер, в том числе при отсутствии - аккумуляторов или их неисправности;-от сети постоянного тока от 12В до 16В (бортовая сеть автомобиля скорой помощи);-от встроенных Li-ion аккумуляторов (до 100 ЭКГ); <p>Комплект поставки:</p> <p>1. Основной комплект поставки</p> <ul style="list-style-type: none">-блок электрокардиографический с экраном 141 мм по диагонали;-кабель электродный;-блок сетевой;-комплект ЭКГ электродов;

	<p>-гель электродный; -термобумага 110 мм x 30 м; -руководство по эксплуатации; -встроенный аккумулятор; -сумка.</p> <p>2. Опции</p> <p>-ПО для ПЭВМ на компакт-диске -Термобумага в пачке 110мм100мм200листов -Модуль COM-порта -Модуль USB с кабелем -Модуль GSM с кабелем -Система вакуумных электродов с принадлежностями.</p> <p>Гарантийный срок 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.</p>
--	--

Председатель комиссии




Д. Сарсенова


Члены комиссии:




А. Батурина



Б. Каузбаева



Н. Шайсламова



Л. Евдокимова



А. Тортаева

Секретарь комиссии

